Underhållsrutiner E-Walk

E-Walk behöver obetydligt underhåll och service. Följande översyn är däremot nödvändigt.

1 Gång per månaden: Ansvarig: Brukaren

- Mönsterdjupet i däcken
- Rengöring
- Kontrollera att fästbeslagen sitter fast

1 Gång per år: Ansvarig: Hjälpmedelscenralen

- Kontroll av drivkraften
- Kontroll av bromseffekten
- Kontroll av batteriet
- Samt kontroller, justeringar, smörjning och rengöring enligt checklista översyn.

OBS!
Brukare vilket delar på användande av E-Walk internt, ska ladda och kontrollera produkten efter varje gång.

Vid byte av brukare externt ska E-Walk genomgå en teknisk kontroll enligt checklista rekonditionering, samt rengöras av hjälpmedelscentralen. Detta för att alla brukare ska få ett säkert och bra hjälpmedel som möjligt vid återanvändning.